三、 货物分项报价表

序号	产品名称	品牌	型号	规格	制造商名称	原产地（国）	交货期	单位	单价（含税费）	总价	备注
1	人体成分分析仪	InBody	InBody770CH-W	★1、采用多频率生物电阻抗分析方法，涵盖 5kHz、50kHz、500kHz、1000kHz 等频率，频率输出误差范围：≤±1% 2、测量时间约 30 秒 3、阻抗测量允差范围：四肢≤±1%，躯干≤±3% ★4、人体成分分析仪主机面板配有触控屏幕及物理按键两种输入方式 5、至少可输出以下指标：细胞外水分比率（全身、节	拜斯倍斯医疗科技(上海)有限公司	中国	合同签订后 30 日历天内到货安装调试完毕	台	192000	199500	1 台

序号	产品名称	品牌	型号	规格	制造商名称	原产地（国）	交货期	单位	单价（含税费）	总价	备注
				段）、骨骼肌指数、脂肪量指数、BIVA 生物电阻抗矢量分析、相位角（全身、节段）、体型（含消瘦型、运动员体型等，共 11 种）、身体围度（腹围、臀围、胸围、左大腿、右大腿）等 6、具有透析患者干体重评价功能，并提供干体重评价标准的制定依据 7、用户管理功能：具有新用户注册、附加信息中的病史、组信息、及用户备注信息等功能；可分组管理，分病史管理；可按照用户姓名、ID、测试日期进行搜索、按手机号							

序号	产品名称	品牌	型号	规格	制造商名称	原产地（国）	交货期	单位	单价（含税费）	总价	备注
				码、病史、组进行搜索 8、至少可输出身体成分报告、身体水分报告、儿童生长报告等 ★9、测量数据的准确性经过公开验证，去脂体重、脂肪量等营养相关指标的结果数据与DEXA法有较高的一致性（r=0.98) ，体水分与D20法有较高的一致性（r=0.94)，提供公开文献资料							
4	中文分析管理软件	InBody	Lookin’Body 120	支持Windows7及以上系统	拜斯倍斯医疗科技(上海)有限公司	中国	合同签订后30日历天内到货安装调试完毕	套	7500		1套

说明：

1. 供应商可根据实际情况，自行调整表格；

供应商：（企业电子签章）：正大丰谷医疗科技（郑州）有限公司

法定代表人或委托代理人（个人电子签章）：

日期：2026 年 11 月 4 日