


单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	信阳市平桥区中医院		
项目信息	项目名称	信阳市平桥区中医院 128 排 CT 球管（256 层 CT X 射线球管）采购项目	
	项目金额	183 万元	
	供应商	九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	
专业人员信息	姓名	胡素洁	手机号码 13598551419
	职称	主任技师	
	工作单位	信阳市妇幼保健院	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</p> <p style="text-align: center;">CT 球管由原设备制造商基于专有技术设计，技术参数接口协议及安装尺寸均为定制，受知识产权和专利保护，具有高度专用性与封闭性，除原厂球管外，不存在其他确保设备兼容性，图像质量及安全质量及安全运行的合法采购来源，建议采用单一来源方式进行采购。</p>		
专业人员签字	胡素洁	日期：2026年5月27日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见书

采购单位	信阳市平桥区中医院		
项目信息	项目名称	信阳市平桥区中医院 128 排 CT 球管（256 层 CT X 射线球管）采购项目	
	项目金额	183 万元	
	供应商	九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	
专业人员信息	姓名	张崇堂	手机号码 13635768979
	职称	高收	
	工作单位	信阳市产品质量检验检测中心	
专业人员论证意见	<p>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</p> <p>本项目采购球管为整体 CT 机运转的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性，其他品牌型号球管无法替代使用，符合国家、人民生活和政府采购的单一来源采购条件，建议采用单一来源采购方式进行采购。</p>		
专业人员签字		日期：2016 年 5 月 27 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见书

采购单位	信阳市平桥区中医院		
项目信息	项目名称	信阳市平桥区中医院 128 排 CT 球管（256 层 CT X 射线球管）采购项目	
	项目金额	183 万元	
	供应商	九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	
专业人员信息	姓名	熊焕煜	手机号码 13937646403
	职称	主任医师	
	工作单位	信阳市中医院	
专业人员论证意见	<p>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</p> <p>Revolution CT ES 的球管（D3711T）作为 CT 机器运转的核心部件，具有不可替代性，属专用配件。其他品牌和型号的球管无法替代使用。通过非 GE 正规渠道采购的球管未经过 GE 设备匹配性测试，存在严重的设备兼容性和安全风险。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为该项目所需球管的唯一授权供应商，为确保设备的使用和后期保障服务，建议采购原厂配件建议采用单一来源采购</p>		
专业人员签字	熊焕煜	2026 日期: 5 月 27 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	信阳市平桥区中医院		
项目信息	项目名称	信阳市平桥区中医院 128 排 CT 球管（256 层 CT X 射线球管）采购项目	
	项目金额	183 万元	
	供应商	九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	
专业人员信息	姓名	刘中昂	手机号码 13503760609
	职称	主任医师	
	工作单位	信阳市平桥区中医院	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</p> <p style="text-align: center;">CT 球管和探测器属于 CT 扫描设备的两大核心部件，其设计参数、焦点等应该与主机完全匹配和适应，为确保 CT 扫描装置的安全运行，并确保其性能的良好发挥，建议采用单一来源采购方式购置。</p>		
专业人员签字	刘中昂	日期：2026 年 5 月 27 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	信阳市平桥区中医院		
项目信息	项目名称	信阳市平桥区中医院 128 排 CT 球管（256 层 CT X 射线球管）采购项目	
	项目金额	183 万元	
	供应商	九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	
专业人员信息	姓名	孙德武	手机号码 13033330016
	职称	中级·律师	
	工作单位	信阳市农村综合行政执法支队	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）</p> <p style="text-align: center;">该128排CT球管非《中国禁止进口产品限制进口产品目录》中规定的产品，采购情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定的情形，建议依法采购该产品。</p>		
专业人员签字	孙德武	日期：2026年5月27日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。