

进口产品采购专业人员论证意见表

一、基本情况	
申请单位	信阳市平桥区中医院
拟采购产品名称	128排CT球管（256层CT X射线球管）
拟采购产品金额	183万元
采购项目所属项目名称	信阳市平桥区中医院 128排CT球管（256层CT X射线球管）采购项目
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是该机型专用配套的消耗性配件，是整体 CT 机运转的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。所有 GE 原厂认证球管均通过与 GE 设备的严格匹配性测试，确保性能与使用安全。通过非 GE 正规渠道采购的球管未经过 GE 设备匹配性测试，亦未获得国家药监局颁发的整机注册证，存在严重的设备兼容性和安全风险。根据国家医疗器械监管法规，若医疗器械的结构或组成部分发生更改，须依法申请注册变更。若在 GE 设备上使用非原厂认证球管，将导致设备结构与注册证内容不一致，可能造成使用无证医疗器械的法律风险。目前，Revolution ES CT 球管无法继续使用，需要更换新的球管后整机设备方可正常运转。 GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的原厂全新部件。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为该项目所需球管的唯一授权供应商，为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采购进口设备。GE 高端 CT，型号 Revolution ES，对球管有严格的精准性和匹配性的要求，为保证设备的稳定性、安全性和设备的一致性，确保设备的整体质量及使用寿命，需使用原装进口的球管。	
专家论证意见： CT 做为关键医疗诊断设备，其运行安全和影像质量直接关系到患者的健康权益与诊断的准确性。原CT为进口设备，本次采购为此CT配置的球管，CT球管是CT设备的核心高技术配件，其技术参数具有专属性，建议本次采购采用进口设备。 <div style="text-align: right;"> 专家签名：胡琴玲 2026年5月27日 </div>	


进口产品采购专业人员论证意见表

一、基本情况	
申请单位	信阳市平桥区中医院
拟采购产品名称	128排CT球管（256层CT X射线球管）
拟采购产品金额	183万元
采购项目所属项目名称	信阳市平桥区中医院 128排CT球管（256层CT X射线球管）采购项目
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是该机型专用配套的消耗性配件，是整体 CT 机运转的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。所有 GE 原厂认证球管均通过与 GE 设备的严格匹配性测试，确保性能与使用安全。通过非 GE 正规渠道采购的球管未经过 GE 设备匹配性测试，亦未获得国家药监局颁发的整机注册证，存在严重的设备兼容性和安全风险。根据国家医疗器械监管法规，若医疗器械的结构或组成部分发生更改，须依法申请注册变更。若在 GE 设备上使用非原厂认证球管，将导致设备结构与注册证内容不一致，可能造成使用无证医疗器械的法律风险。目前，Revolution ES CT 球管无法继续使用，需要更换新的球管后整机设备方可正常运转。 GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的原厂全新部件。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为该项目所需球管的唯一授权供应商，为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采购进口设备。GE 高端 CT，型号 Revolution ES，对球管有严格的精准性和匹配性的要求，为保证设备的稳定性、安全性和设备的一致性，确保设备的整体质量及使用寿命，需使用原装进口的球管。	
专家论证意见： <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> CT球管是CT扫描装置的核心部件，目前国产与进口球管对比，进口球管的研究、设计及临床应用起步早，技术更加成熟，生产更加先进，参数更精确，使用寿命更长。为确保临床应用更好运用，建议采购进口球管。 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签名： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2026年5月27日 </div>	

进口产品采购专业人员论证意见表

一、基本情况	
申请单位	信阳市平桥区中医院
拟采购产品名称	128排CT球管（256层CT X射线球管）
拟采购产品金额	183万元
采购项目所属项目名称	信阳市平桥区中医院128排CT球管（256层CT X射线球管）采购项目
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
<p>GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是该机型专用配套的消耗性配件，是整体 CT 机运转的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。所有 GE 原厂认证球管均通过与 GE 设备的严格匹配性测试，确保性能与使用安全。通过非 GE 正规渠道采购的球管未经过 GE 设备匹配性测试，亦未获得国家药监局颁发的整机注册证，存在严重的设备兼容性和安全风险。根据国家医疗器械监管法规，若医疗器械的结构或组成部分发生更改，须依法申请注册变更。若在 GE 设备上使用非原厂认证球管，将导致设备结构与注册证内容不一致，可能造成使用无证医疗器械的法律风险。目前，Revolution ES CT 球管无法继续使用，需要更换新的球管后整机设备方可正常运转。</p> <p>GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的原厂全新部件。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为该项目所需球管的唯一授权供应商，为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采购进口设备。GE 高端 CT，型号 Revolution ES，对球管有严格的精准性和匹配性的要求，为保证设备的稳定性、安全性和设备的一致性，确保设备的整体质量及使用寿命，需使用原装进口的球管。</p>	
专家论证意见：	
<p>GE球管作为CT机器运转的核心部件，具有不可替代性，属专用配件，其他品牌和型号的球管无法替代使用。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为GE球管的唯一授权供应商，为确保设备的使用和后期保障服务，建议采购进口产品</p>	
专家签名：熊焕煜 2026年5月27日	

进口产品采购专业人员论证意见表

一、基本情况	
申请单位	信阳市平桥区中医院
拟采购产品名称	128排CT球管(256层CT X射线球管)
拟采购产品金额	183万元
采购项目所属项目名称	信阳市平桥区中医院128排CT球管(256层CT X射线球管)采购项目
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是该机型专用配套的消耗性配件，是整体 CT 机运转的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。所有 GE 原厂认证球管均通过与 GE 设备的严格匹配性测试，确保性能与使用安全。通过非 GE 正规渠道采购的球管未经过 GE 设备匹配性测试，亦未获得国家药监局颁发的整机注册证，存在严重的设备兼容性和安全风险。根据国家医疗器械监管法规，若医疗器械的结构或组成部分发生更改，须依法申请注册变更。若在 GE 设备上使用非原厂认证球管，将导致设备结构与注册证内容不一致，可能造成使用无证医疗器械的法律风险。目前，Revolution ES CT 球管无法继续使用，需要更换新的球管后整机设备方可正常运转。 GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的原厂全新部件。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为该项目所需球管的唯一授权供应商，为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采购进口设备。GE 高端 CT，型号 Revolution ES，对球管有严格的精准性和匹配性的要求，为保证设备的稳定性、安全性和设备的一致性，确保设备的整体质量及使用寿命，需使用原装进口的球管。	
专家论证意见： <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; padding: 10px;"> 本采购项目为专为心脏设计的动态聚焦球管，需要根据扫描的部位自动变化焦点大小，允许小焦点使用大功率，实现了 X 轴的动态偏移。该款超聚焦球管为特殊匹配全新指令层的专用球管，目前唯有 GE 原厂能生产，建议采购进口设备。 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签名：  2016年5月27日 </div>	

进口产品采购专业人员论证意见表

一、基本情况	
申请单位	信阳市平桥区中医院
拟采购产品名称	128排CT球管（256层CT X射线球管）
拟采购产品金额	183万元
采购项目所属项目名称	信阳市平桥区中医院 128排CT球管（256层CT X射线球管）采购项目
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是该机型专用配套的消耗性配件，是整体 CT 机运转的核心部件，属于专用配件，具有不可替代性。其他品牌、型号球管无法替代使用。所有 GE 原厂认证球管均通过与 GE 设备的严格匹配性测试，确保性能与使用安全。通过非 GE 正规渠道采购的球管未经过 GE 设备匹配性测试，亦未获得国家药监局颁发的整机注册证，存在严重的设备兼容性和安全风险。根据国家医疗器械监管法规，若医疗器械的结构或组成部分发生更改，须依法申请注册变更。若在 GE 设备上使用非原厂认证球管，将导致设备结构与注册证内容不一致，可能造成使用无证医疗器械的法律风险。目前，Revolution ES CT 球管无法继续使用，需要更换新的球管后整机设备方可正常运转。 GE 高端 CT，型号 Revolution ES，球管型号为 D3711T，是通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的原厂全新部件。九州通医疗供应链管理（河南）有限公司作为该项目所需球管的唯一授权供应商，为确保后期设备的良好使用及完善的售后保障服务，建议采购原厂配件，拟采购进口设备。GE 高端 CT，型号 Revolution ES，对球管有严格的精准性和匹配性的要求，为保证设备的稳定性、安全性和设备的一致性，确保设备的整体质量及使用寿命，需使用原装进口的球管。	
专家论证意见： <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">该128排CT球管非《中国禁止进口产品目录限制进口产品目录》中规定的产品，采购情形符合有关法律、法规之规定，建议依法采购。</p> <p style="text-align: right;">专家签名：子小伟武</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2026年5月27日</p>	