

睢县中医院超乳玻切一体机项目 进口产品专家论证意见

时间: 2026年7月21日

一、基本情况	
申请单位	睢县中医院
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	150 万
采购项目所属项目名称	睢县中医院超乳玻切一体机项目
采购项目所属项目资金	150 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取 ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取 ☒ 3. 其它	
原因阐述:	
此设备为眼科白内障和玻璃体体积血、视网膜脱离病人手术所必须, 用来开展白内障超声乳化和晶体植入手术, 以及玻璃体切除和视网膜脱离手术。 我院设备老化, 故障频发。原设备自 2013 年购入以来已使用 10 多年, 近年来故障频发, 术中经常出现死机情况。 目前国内仅有少数产品获批进入临床应用, 且手术精准度、稳定性和复杂内眼联合手术尚有明显不足, 为提高诊疗水平, 更好为患者服务, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
关于睢县中医院采购进口超乳玻切一体机论证意见如下: 目前进口一体机可一站式完成联合微创手术, 眼压稳定, 创伤小, 核心手术性能比较成熟, 国产设备在眼压控制、微创精度略有差距, 进口设备在复杂眼底、硬膜白内障临床需求方面更有优势。建议采购进口设备。	
专家签字:	
吴淑华 2026年7月21日	