

睢县中医院超乳玻切一体机项目 进口产品专家论证意见

时间:2026年7月21日

一、基本情况	
申请单位	睢县中医院
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	150 万
采购项目所属项目名称	睢县中医院超乳玻切一体机项目
采购项目所属项目资金	150 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述:	
此设备为眼科白内障和玻璃体体积血、视网膜脱离病人手术所必须, 用来开展白内障超声乳化和晶体植入手术, 以及玻璃体切除和视网膜脱离手术。 我院设备老化, 故障频发。原设备自 2013 年购入以来已使用 10 多年, 近年来故障频发, 术中经常出现死机情况。 目前国内仅有少数产品获批进入临床应用, 且手术精准度、稳定性和复杂内眼联合手术尚有明显不足, 为提高诊疗水平, 更好为患者服务, 特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购产品不属于《禁止进口货物目录》、《限制进口货物目录》禁止或限制进口产品, 且拟采购产品符合国家政府采购相关法律法规、法规为规定, 故建议采购进口产品。	
专家签字:	
唐永刚 2026 年 7 月 21 日	