


睢县中医院超乳玻切一体机项目
进口产品专家论证意见

时间:2026年 7 月 21日

一、基本情况	
申请单位	睢县中医院
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	150 万
采购项目所属项目名称	睢县中医院超乳玻切一体机项目
采购项目所属项目资金	150 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☒ 3.其它	
原因阐述: 此设备为眼科白内障和玻璃体积血、视网膜脱离病人手术所必须,用来开展白内障超声乳化和晶体植入手术,以及玻璃体切除和视网膜脱离手术。 我院设备老化,故障频发。原设备自 2013 年购入以来已使用 10 多年,近年来故障频发,术中经常出现死机情况。 目前国内仅有少数产品获批进入临床应用,且手术精准度、稳定性和复杂内眼联合手术尚有明显不足,为提高诊疗水平,更好为患者服务,特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
超乳玻切一体机进口产品较国产产品技术更为成熟,性能更加稳定,手术精准度,且复杂内眼联合手术中更具优势,为提升诊疗水平,更好服务患者,建议采购进口产品。	
专家签字: 	
2026 年 7 月 21日	