

六、技术性能参数的详细描述

序号	名称	品牌型号	详细技术参数
1	西门子数字减影血管造影机 (型号: ARTIS one) 球管	品牌: 西门子型 号: ARTIS one	最大连续透视功率 $\geq 3000W$
2			最大透视管电流 $\geq 250mA$
3			球管阳极连续高速旋转, 转速 ≥ 9000 转/分, 包括透视及采集
4			阳极热容量 $\geq 3.375MHU$
5			管套热容量 $\geq 4.9MHU$
6			阳极最大散热功率 $\geq 6500W$
7			球管焦点 ≥ 3 个
8			最小焦点 $\leq 0.3mm$
9			最小焦点功率 $\leq 19KW$
10			为提升连续透视功率, 要求中焦点采用平板灯丝技术, 非传统钨丝技术
11			为提升透视图像质量, 要求中焦点可实现标准正方形
12			中焦点 $\leq 0.6 \times 0.6mm$
13			中焦点功率 $\leq 42KW$
14			最大焦点 $\geq 1.0mm$
15			最大焦点功率 $\geq 90KW$
16			球管带有防碰撞保护装置
17			球管采用油冷加水冷的冷却方式
18			球管采用液态金属轴承技术
19			我方提供原厂球管证书

注: 后附采购项目需求及技术要求的相关资料。



SIEMENS
Healthineers

球管证书

兹做出如下确认：

球管型号：

序列号： MEGALIX Cat Plus 125/20/

安装于 (662372571)

用户名称： 郑州市第七人民医院


设备名称： ARTIS ZEE III CEILING

设备序列号： 106087

- 符合该型号设备的原厂设计要求。
- 符合《中华人民共和国医疗器械注册证》要求。
- 球管序列号是其唯一的身份标识，请拨打客户服务热线 400 810 5888 查询验证球管信息。

球管更换日期：2025年10月14日 安装工程师签字：邹登科 张虎彪

证书序列号：FY24AX000349



西门子医疗系统有限公司
客户服务部