

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张文升	
	职称(职务): 高级	
	工作单位: 驻马店市中心医院	
项目信息	项目名称: 上蔡县人民医院更换双源 CT 球管(A)项目	
	供应商名称: 上海柯渡医学科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>上蔡县人民医院一台西门子双源CT A球管需更换, 由于球管为高值耗材各件及厂家存在技术壁垒, 其它品牌无法兼容, 为实现高级临床应用的独特性及患者的安全, 以及专业的维修保养支持及售后服务的一致性, 建议从唯一承担售后服务西门子双源CT的上海柯渡医学科技股份有限公司采购原厂全新128排CT A球管。</p>	
专业人员签字	张文升	日期: 2026年5月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写