

浚县人民医院彩超采购项目

变更公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：浚财招标采购-2025-65
- 2、采购项目名称：浚县人民医院彩超采购项目
- 3、公告类型：变更公告
- 4、采购公告发布日期及原公告发布媒介：

发布日期	发布媒介	标段
2025-9-05	《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》	浚县人民医院彩超采购项目

5、开标日期：

标段	日期
浚县人民医院彩超采购项目	2025-10-11 09:00:00

二、变更事项

1. 原文件获取时间：2025 年 9 月 25 日-2025 年 10 月 9 日

现变更为：2025 年 9 月 30 日-2025 年 10 月 14 日

原开标时间：2025 年 10 月 11 日

现变更为：2025 年 10 月 16 日

2. 原清单内容

- (1) 招标文件 36 页★2.1. 显示器要求：≥21 英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度对比度可通过预设可调
- (2) 招标文件 36 页 2.3. 触摸屏支持手势控制，支持手写和带上橡胶手套触摸
- (3) 招标文件 36 页★2.4. 触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式
- (4) 招标文件 36 页 3.11. 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度
- (5) 招标文件 36 页★3.12. 宽景拼接成像技术（非拓展成像），支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头
- (6) 招标文件 37 页 4.1.5. 支持向后存储≥8 分钟电影
- (7) 招标文件 37 页 4.1.6. 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8 个 ROI
- (8) 招标文件 37 页 4.1.7. 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图证明）
- (9) 招标文件 37 页 4.1.8. 造影成像帧率：凸阵探头 10cm 深度，扫描角度≥45°，帧率≥30 帧/秒，线阵探头 4cm 深度，帧率可≥45 帧/秒
- (10) 招标文件 37 页 4.2.1. 应变式弹性成像，具有压力提示
- (11) 招标文件 37 页★4.2.2. 应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能
- (12) 招标文件 37 页★4.2.3. 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性

成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）

（13）招标文件 37 页★4.2.4. 剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件，弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值，定量组织的硬度信息

（14）招标文件 37 页★4.2.5. 具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告

（15）招标文件 37 页 4.2.6. 具有病灶周边浸润区的环形定量工具

（16）招标文件 37 页 4.2.7. 剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域 2cm*3cm 时，帧率≥5 帧/秒

（17）招标文件 37 页★5.3. 全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，对冻结的心脏图像自动描记和测量

（18）招标文件 37 页 5.6.1. 可自动识别乳腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告

（19）招标文件 37 页 5.7.1. 可自动识别甲状腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告

（20）招标文件 37 页★5.7.2. 可自动识别并同屏显示同一病灶≥3 相交切面图像，支持≥6 个病灶的自动分

（21）招标文件 41 页 2.3. 触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能

（22）招标文件 42 页 3.7. 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置

（23）招标文件 42 页 6.1.2. 复合成像技术：≥9 条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像

（24）招标文件 43 页 9.4. 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据

（25）招标文件 43 页 9.5. 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调

变更为：

（1）招标文件 36 页★2.1. 显示器要求：≥21 英寸高分辨率彩色液晶显示器

（2）招标文件 36 页 2.3. 触摸屏支持手势控制

（3）招标文件 36 页★2.4. 触摸屏支持选择检查探头及检查模式

（4）招标文件 36 页 3.11. 穿刺针增强技术，腹部和浅表穿刺均可用

（5）招标文件 36 页★3.12. 宽景拼接成像技术，拼接长度≥99CM

（6）招标文件 37 页 4.1.5. 支持向后存储≥5 分钟电影

（7）招标文件 37 页 4.1.6. 造影定量分析功能

（8）招标文件 37 页 4.1.7. 具备使用不同颜色编码造影剂在血管内不同到达时间的功能，显示造影剂灌注时间的先后顺序、灌注特点，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图证明）

（9）招标文件 37 页 4.1.8. 支持高帧率造影技术，增强显示造影剂微泡在动脉期的灌注信息

（10）招标文件 37 页 4.2.1. 应变式弹性成像

（11）招标文件 37 页★4.2.2. 具有质控图提示

（12）招标文件 37 页★4.2.3. 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头

(13) 招标文件 37 页★4.2.4. 剪切波定量弹性成像，弹性定量的参数 ≥ 2 种定量组织的硬度信息

(14) 招标文件 37 页★4.2.5. 删除

(15) 招标文件 37 页 4.2.6. 删除

(16) 招标文件 37 页 4.2.7. 删除

(17) 招标文件 37 页★5.3. 全自动左心射血分数的测量，自动评估左室心功能

(18) 招标文件 37 页 5.6.1. 自动分析病灶形态，分析结果自动进入报告

(19) 招标文件 37 页 5.7.1. 自动分析病灶形态，分析结果自动进入报告

(20) 招标文件 37 页★5.7.2. 删除

(21) 招标文件 41 页 2.3. 触摸屏支持手势操作功能，具备亮度和对比度控制功能，可独立调整角度

(22) 招标文件 42 页 3.7. 删除

(23) 招标文件 42 页 6.1.2. 复合成像技术： ≥ 9 条声束偏转的复合超声成像，提升图像质量

(24) 招标文件 43 页 9.4. 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内 ≥ 2 种定量数据

(25) 招标文件 43 页 9.5. 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：浚县人民医院

地址：浚县浚州街道办事处浚州大道西段路北

联系人：田若宇

联系方式：13140420707

2. 采购代理机构信息

名称：河南利豪工程管理咨询有限公司

地址：河南省鹤壁市浚县浚州街道长丰大道与 002 县道交叉口向南 200 米路东 109 室

联系人：武思璇

联系方式：15539256454

3. 项目联系方式

项目联系人：田若宇

联系方式：13140420707

