

三、专家论证意见

超高清腹腔镜摄像系统主要用于大外科等复杂手术的诊断与治疗，对设备的分辨率、图像清晰度和设备适配性等方面要求较高。目前国产设备的分辨率较低，图像不清晰，不利于大外科手术中的诊断和治疗，与进口产品存在一定的差距，同时设备的适配性不高，技术性能不稳定，不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。

技术专家签字：

李西

2026 年 1 月 9 日